

OZNÁMENÍ č. 11/20

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o státním etalonu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje níže uvedené změny státního etalonu

vakua,

jehož udržováním je nadále pověřen Český metrologický institut, OI Brno.

a) Změna základních metrologických charakteristik

Režim měření	Rozsah měření	Jednotka	Nejistota generovaného tlaku p [Pa]
přetlak	1 až 15 000	Pa	$0,008 \text{ Pa} + 2,2 \cdot 10^{-5} \cdot p$
diferenční tlak	1 až 15 000	Pa	$0,006 \text{ Pa} + 2,2 \cdot 10^{-5} \cdot p$
absolutní tlak	1 až 15 000	Pa	$0,007 \text{ Pa} + 2,2 \cdot 10^{-5} \cdot p$

b) změna času vyhotovení etalonu:

Etalon byl budován v letech 2002 až 2019.

c) změna garanta státního etalonu:

Garantem státního etalonu byl jmenován Mgr. Martin Vičar, Ph.D.

Tímto se ve Věstníku ÚNMZ doplňuje oznámení č. 17/06.



Mgr. Viktor **Pokorný** v.r.
předseda ÚNMZ