

## OZNÁMENÍ č.39/15

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
o státním etalonu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že etalon

### **vlhkosti vzduchu za atmosférického tlaku**

jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno, byl schválen jako státní etalon České republiky.

#### **Základní metrologické charakteristiky:**

Rozsah:	(-50 až 20) °C
Stabilita.:	0,02 °C
Homogenita:	0,02 °C
Opakovatelnost:	0,05 °C
Reprodukovatelnost:	0,05 °C
Nejistota (k=2):	(0,08 až 0,15) °C

Další technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 60 ze dne 20. února 2015, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Etalonu je přiděleno kódové označení ECM 341 - 1/15 - 060.

Garantem etalonu byl jmenován Ing. Jan Otych.



Mgr. Viktor Pokorný  
předseda ÚNMZ